

Biblioteka Śląska w Katowicach

Ogłasza sprzedaż składników majątku ruchomego bez przeprowadzania przetargu dot.:

Autoklaw – Sterylizator Parowy – ASVE-80 – SMS Warszawa

Autoklaw – Sterylizator Parowy – ASVE-80 to nowoczesne i wydajne urządzenie przeznaczone do profesjonalnej sterylizacji narzędzi oraz materiałów medycznych, laboratoryjnych i kosmetycznych. Produkowany przez SMS Warszawa model ASVE-80 łączy wysoką jakość wykonania z niezawodnością działania, spełniając rygorystyczne normy bezpieczeństwa i higieny.

Urządzenie wykorzystuje metodę sterylizacji parą wodną pod wysokim ciśnieniem, co zapewnia skuteczne eliminowanie bakterii, wirusów oraz innych drobnoustrojów. Pojemność komory wynosząca 80 litrów umożliwia jednoczesne przetwarzanie większej ilości wsadu, co znacząco zwiększa efektywność pracy w placówkach o dużym obciążeniu.

Autoklaw ASVE-80 wyposażony jest w intuicyjny panel sterowania, który pozwala na łatwe ustawienie parametrów pracy, takich jak temperatura, ciśnienie oraz czas sterylizacji. Automatyczne programy oraz systemy zabezpieczeń gwarantują wygodę użytkownika i pełną kontrolę nad procesem.

Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej zapewnia trwałość oraz odporność na intensywną eksploatację. Dodatkowo urządzenie posiada systemy monitorowania i zabezpieczenia, które chronią zarówno użytkownika, jak i sterylizowane materiały.

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego

Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice

Osoba kontaktowa: Krzysztof Garski, tel. (+48) 32 208 37 69

Adres poczty elektronicznej: administracja@bs.katowice.pl

Czas urzędowania: od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku

2. Przedmiot sprzedaży

Sterylizator Parowy ASVE-80 (Pionowy)

Producent: Spółdzielnia Mechaników SMS Warszawa (Polska)

Nr fabryczny: 2561

Rok produkcji: 1998

Ciśnienie robocze max: 0,25MPa

Temperatura robocza: 121/134°C

Pojemność: 80L

Zasilanie: 3x230V, 50Hz

Moc: 8,5kW

Masa: 190kg

Stan dokumentacji: Pełna (Książka rewizyjna UDT, Instrukcja Obsługi, Historia Serwisowa)

Stan urządzenia: Używany, sprawny, bez opakowania

Badania okresowe UDT: Rewizja zewnętrzna 01.2027

Rewizja wewnętrzna i próba ciśnieniowa 12.2030

Oferowany sterylizator parowy ASVE został wyprodukowany w 1998 roku i wyposażony jest w cylindryczną komorę o pojemności 80 litrów, ładowaną od góry. Urządzenie posiada wbudowaną wytwornicę pary, a jego konstrukcja – obejmująca komorę, obudowę oraz armaturę – wykonana jest ze stali i materiałów nierdzewnych, co zapewnia trwałość oraz odporność na korozję.

Sterylizator przeznaczony jest do sterylizacji parą wodną szerokiego zakresu materiałów, takich jak szkło laboratoryjne, płyny infuzyjne, pożywki i posiewy mikrobiologiczne, narzędzia medyczne, bielizna operacyjna, materiały opatrunkowe, wyroby gumowe oraz naczynia metalowe i z tworzyw sztucznych. Znajduje zastosowanie przede wszystkim w laboratoriach, szpitalach, klinikach, ambulatoriach oraz aptekach.

Proces sterylizacji realizowany jest w trybie ręcznym – operator, na podstawie wskazań czujników i kontrolki, steruje zaworami za pomocą dwóch dźwigni. Jednocześnie urządzenie wspomagane jest przez sterownik elektroniczny, który automatycznie odpowiada za uzupełnianie wody, generowanie pary, odmierzanie czasu ekspozycji, sygnalizowanie zakończenia cyklu oraz wykrywanie i zabezpieczanie przed nieprawidłowościami. Użytkownik ma możliwość indywidualnego ustawienia czasu poszczególnych faz procesu, przy stałych temperaturach sterylizacji wynoszących 121°C lub 134°C, a także wyboru trybu pracy: bez próżni (np. dla płynów) lub z próżnią (dla narzędzi i materiałów opatrunkowych).

Autoklaw był eksploatowany do 31 marca 2026 roku w pracowni mikrobiologicznej Biblioteki Śląskiej, gdzie wykorzystywany był jako urządzenie „czyste” do sterylizacji drobnego sprzętu laboratoryjnego – średnio raz w tygodniu. Został zdemontowany jako sprawny i pozostaje w dobrym stanie technicznym. Urządzenie posiada aktualne badania UDT, a wraz z nim przekazywana jest kompletna dokumentacja producenta oraz protokół z ostatniego badania, potwierdzający ważność rewizji wewnętrznej i próby ciśnieniowej.

3. Cena

Sterylizator Parowy ASVE-80 - 5 500,00zł brutto

4. Forma płatności

- gotówka,
 - płatność bezgotówkowa (karta płatnicza, przelew bankowy).
- Przy sprzedaży zostanie wystawiona faktura VAT

5. Miejsce i termin odbioru

Odbiór osobisty własnym transportem.

Adres: Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice

Termin: od 20.04.2026 do 22.05.2026

Możliwość zapoznania się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży na terenie Biblioteki w godzinach 9:00 – 16:00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty.

Osoba kontaktowa: Krzysztof Garski, tel. (+48) 32 208 37 69


Adres poczty elektronicznej: administracja@bs.katowice.pl

6. Zdjęcia urządzenia









DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA

**STERYLIZATOR PAROWY PIONOWY
TYP ASVE**
Wersja E35-207

SMS

Spółdzielnia Mechaników „SMS”
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 8
tel. 843-27-71 faks 843-28-81

STM KRJAÓF: PROTOKÓŁ WYKONANIA CZYNNOŚCI NIEWYMIAROWYCH PHS

KODOWY CZYNNYCH: 00000000000000000000

Data badania: 27.01.2024

Miejsce wykonania badania: KATOWICE PLAC RADY EUROPY 1

Wynik badania: pozytywny

Parametry urządzenia: Czynnik roboczy: woda para wodna, temperatura dopuszczalna: 143 st. C 143 st. C, Ciśnienie dopuszczalne: 2,70 bar 2,70 bar

Uwagi, zalecenia, niezgodności: Brak uwag

Terminy następných badań: Rewizja zewnętrzna: styczeń 2027, Rewizja wewnętrzna: grudzień 2030, Próba ciśnieniowa: grudzień 2030

Krzysztof Garki
Urząd Dozoru Technicznego

ROBERT DUL
01 0943

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

**KSIĘGA REWIZYJNA
URZĄDZENIA TECHNICZNEGO**

rodzaj (typ): *ocienia parowy*

nr ewidencyjny: *2109002330*

eksploatujący: *Biblioteka Śląska w Katowicach*

PASZPORT TECHNICZNY Nr

operacji: *sterylizacja parowa ASW nr 254*

nazwa placówki: *Biblioteka Śląska*

KATOWICE

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego

Data badania: 27.01.2024

Oddział terenowy w Katowicach

Eksploatujący: 2701258
BIBLIOTEKA ŚLĄSKA
PLAC RADY EUROPY 1
40-001 KATOWICE

Urządzenie: KODIOZ PAROWY
Wynalazca: SMS WARSZAWA
Numer ewidencyjny: N212R002330
Numer fabryczny: 2541
Rok budowy: 1998
Plan: ogólny
Numer technologiczny:

Dokumenty odniesienia:
Ustawa z 21.12.2000 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1194) rozp. MRiR z 17.12.2021 (Dz. U. z 2022 r. poz. 68)

Wykonano badanie:
badanie określone:
zakres badania: rewizja zewnętrzna
Wynik badania: pozytywny

Parametry urządzenia:
Czynnik roboczy: woda para wodna, temperatura dopuszczalna: 143 st. C 143 st. C,
Ciśnienie dopuszczalne: 2,70 bar 2,70 bar

Uwagi, zalecenia, niezgodności:
Brak uwag

Terminy następných badań:
Rewizja zewnętrzna: styczeń 2027
Rewizja wewnętrzna: grudzień 2030
Próba ciśnieniowa: grudzień 2030

Krzysztof Garki
Urząd Dozoru Technicznego

ROBERT DUL
01 0943

Strona 1/3

* nieopisane treści lub samowolne wstawki
Szczegółowy zakres wykonywanych sprawozdań, badań i prób jest dostępny poprzez internetowy portal Urzędu Dozoru Technicznego PUDT